ICO50medT6

Cod. 23.A001.99

Modulo T6 per ICO50med



Descrizione

Controllo della concentrazione di ossigeno all'interno della camera mediante l'ingresso di azoto, campo di impostazione da 1÷20% di O2 con impostazione in passi di 0,1% (richiede modulo K7).

Dati Tecnici

©2024 Savatec Strumenti srl P.I.: 07214840014 - R.E.A. di Torino N. 861851