ICO240medT6

Cod. 23.A003.77

Modulo T6 PER ICO240med

Descrizione

Modulo T6: controllo della concentrazione di ossigeno all’interno della camera mediante l’ingresso di azoto, campo di impostazione da 1÷20% di O2 con impostazione in passi di 0,1% (richiede modulo K7).

Dati Tecnici

©2024 Savatec Strumenti srl P.I.: 07214840014 - R.E.A. di Torino N. 861851