# PIPETTA SCOLAMENTO TOTALE

Cod. 01.1865.27

Pipette graduate vetro incolore scolamento totale ml 20 divisione 1/10 certificate DE-M

## Descrizione

Pipette graduate con scolamento totale  classe  AS con certificazione di conformità DE-M.

Caratteristiche :

- codice colore per evitare confusione
- in vetro soda-calcico
- punto zero all'estremità superiore della scala
- graduazione dell'anello del punto principale
- tolleranza secondo DIN EN ISO 835
- DE-M contrassegnato secondo la legge tedesca sulla calibrazione
- calibrato per erogare (EX), tempo di attesa 5 sec
- certificato di lotto compreso

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Capacità (ml)** | 20 |
| **Divisione (ml)** | 1/10 |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Capacità (ml) | Divisione (ml) |
|---|---|---|---|
| 01.1860.05 | PIPETTA SCOLAMENTO TOTALE | 1 | 1/100 |

©2024 Savatec Strumenti srl P.I.: 07214840014 - R.E.A. di Torino N. 861851

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.1860.07 | PIPETTA SCOLAMENTO TOTALE | 2 | 1/100 |
| 01.1865.11 | PIPETTA SCOLAMENTO TOTALE | 5 | 1/10 |
| 01.1865.17 | PIPETTA SCOLAMENTO TOTALE | 10 | 1/10 |
| 01.1865.27 | PIPETTA SCOLAMENTO TOTALE | 20 | 1/10 |
| 01.1865.32 | PIPETTA SCOLAMENTO TOTALE | 25 | 1/10 |
| 01.1865.45 | PIPETTA SCOLAMENTO TOTALE | 50 | 1/5 |

©2024 Savatec Strumenti srl P.I.: 07214840014 - R.E.A. di Torino N. 861851