

# PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE



Cod. 01.1880.05

Pipetta graduata graduazione marrone ml 1 divisione 1/100 certificate DE-M

## Descrizione

Pipette graduate con spazio morto, zero in alto, vetro incolore, graduazione indelebile colore marrone in *classe AS con certificazione di conformità DE-M*.

Le pipette tarate e graduate sono denominate anche "*per versare*" e sono contrassegnate dalla sigla "AS" che significa, secondo accordo internazionale

**A** : che lo strumento è adatto per il marchio di conformità di classe A

**S** : indica i tempi di scolamento veloce, pur garantendo le tolleranze prescritte

## Dati Tecnici

|                |       |
|----------------|-------|
| Capacità (ml)  | 1     |
| Divisione (ml) | 1/100 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                    | Capacità (ml) | Divisione (ml) |
|------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 01.1880.04 | PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE | 0,5           | 1/100          |
| 01.1880.05 | PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE | 1             | 1/100          |
| 01.1885.11 | PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE | 5             | 1/10           |

|            |                             |    |      |
|------------|-----------------------------|----|------|
| 01.1885.17 | PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE | 10 | 1/10 |
| 01.1885.27 | PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE | 20 | 1/10 |
| 01.1885.32 | PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE | 25 | 1/10 |